

BARUERI, 10 de Fevereiro de 2023

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA
CNPJ: 22.900.328/0001-05
BOA VISTA/RR

Licitação: 3448
Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2022
Processo Nº 19301.000814/2022.00
Data de Abertura dia 24/01/2023 às 10:30

Proposta

Lote	Item	Material	Quantidade	Und
1	1	Etilômetro Alcotest 7510 com baterias em íons de Lítio, Impressora, Carregador, Bocais, Bobinas de Papel e Maleta para acondicionar o conjunto. Marca/Fabricante: Dräger Procedência: Importado Orquestra Inmetro nº 964158	20	Und

Embalagem:	CX com 1 UN
Preço Unitário:	R\$14.300,00 (QUATORZE MIL E TREZENTOS REAIS)
Preço Total:	R\$286.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS)

Especificação Técnica Etilômetro Conjunto Dräger Alcotest 7510 com Impressora maleta e Acessórios



Etilômetro portátil para análises alcoólicas rápidas, precisas e confiáveis. Todas as funções de medição e visualização podem ser acessadas por seu conjunto de 03 teclas. A tomada de ar, realizada através de um bocal descartável, e é controlada precisamente através de microprocessador, avaliando fluxo e pressão da amostra fornecida. Este bocal, pode ser montado para receber o sopro pelo lado direito ou esquerdo, facilitando o uso para destros e canhotos. Adicionalmente, na parte superior do instrumento há um LED azul de alta intensidade, além um conector que recebe o bocal e, facilitam o encaixe de forma rápida e precisa pelo usuário, mesmo em ambientes com baixa luminosidade. O distanciador integrado ao bocal, impede que os lábios entrem em contato com o invólucro do Etilômetro. O sensor Eletroquímico reage rápida e especificamente ao álcool, diminuindo as falsas medições e interferências. Possui a capacidade de realizar medições passivas, onde é possível realizar um teste qualitativo para a presença ou não de álcool na boca, sem a necessidade de uso de bocal. Mensagens de texto em idioma português, no display iluminado, e 03 LED indicativos acima deste display facilitam a compreensão e interpretação dos resultados. Possui capacidade para armazenar no mínimo os últimos 5.000 resultados com informação de data, hora e volume e tempo de sopro, estes resultados podem ser acessados pelo menu do instrumento ou via computador com o Software para PC, que também permite algumas configurações do Etilômetro e Impressora. Opera com 4 baterias recarregáveis, diretamente no aparelho, permitindo cerca 1.500 medições com um conjunto ou carga de baterias. Permite a impressão via porta Infravermelha de quantas vias forem necessárias, quando sincronizado com a impressora Dräger Mobile Printer, sem a necessidade de uso de cabos. Possui módulo de GPS, para eventual geolocalização das atividades de fiscalização. Principais Características • Fácil de utilizar com um botão para operar as funções das medições; • Impressão do Teste de Recusa, caso o condutor desejar não fornecer a amostra de ar; • Procedimentos automáticos para as tomadas de amostras, operações do menu e ajuste; • Menu de fácil operação devido aos 3 botões do menu; • Adaptação patenteada do bocal, com LED indicador azul permite o encaixe rápido e seguro, em ambientes escuros ou para pessoas não treinadas também; • Saída do ar não utilizado, sem nenhuma possibilidade de manipulação na amostra respiratória; • O bocal distanciador evita o contato dos lábios da pessoa com o invólucro do equipamento;

- Os DrägerSensors otimizados ¼" reagem especificamente com o álcool;
- Interação completa com o equipamento através do display gráfico retroiluminado, dos LED's e sinais sonoros;
- Exibição de mensagens de texto completas de fácil entendimento, em português;

DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 07.857.433/0001-07 - Insc. Estadual: 206234681111

ALAMEDA PUCURUI 61 - TAMBORÉ - 06460-100 - BARUERI - SP

Telefone: (11) 4689-4925

RB
RB

CR
CR

- 04 baterias recarregáveis permitem mais de 1.500 testes e que podem ser recarregadas dentro do próprio instrumento;
- Conjunto de baterias extras;
- O desenho do aparelho em conjunto com o bocal cria uma distância entre a mão do operador e a boca da pessoa a fazer o teste (separação da área de segurar o equipamento e da área para a amostra da respiração) e;
- Saída infravermelha integrada para a impressora Dräger Mobile Printer, permitido a impressão do resultado do teste sem a necessidade de conexão de cabos.

Dados Técnicos

Princípio de medição Dräger Sensor eletroquímico, específico para álcool

Faixa de medição 0 a 3,00 mg/L, indicação quando os resultados estão fora da faixa de medição

Precisão Até 0,40 mg/L = 0,007 mg/L

De 0,40 mg/L à 2,00 mg/L < 1,75% do valor medido

> 2,00 mg/L à 3,00 mg/L < 6% do valor medido

Coleta do ar Coleta automática depois de atingido o volume mínimo

Possibilidade de coleta passiva, s/ bocal, e indicação manual da coleta do ar

Tempo de aquecimento Aproximadamente 6 segundos após ser ligado

Visualização da medição Aprox. 6 segundos (com 0,00 mg/L) e aprox. 12 segundos (com 0,50 mg/L)

Temperatura de operação Entre -10 e +50°C

Umidade do ar De 10 a 100% umidade relativa, sem condensação

Visualização Display gráfico em LCD, retroiluminado, 35mm x 45mm (128 a 160 pixels)

Indicação visual 3 LED's em cores para reforçar mensagens de visualização, alertas e limites máximos de concentração permitidos

Indicação sonora Sinais acústicos para reforçar a visualização de mensagens

Alimentação 04 baterias recarregáveis (AA) com recarga no equipamento, autonomia para 1.500 testes.

Interface para impressora Infravermelha (IR), compatível com a Dräger Mobile Printer

Bocal Tipo "empurra e engata" com distanciador incorporado. Descartável com válvula de não-retorno, embalado individualmente

Invólucro ABS/PC resistente a choques

Dimensões 183 mm x 87 mm x 49 mm, aproximadamente

Peso 430 gramas (com baterias)

Aprovação Portaria de Aprovação de Modelo - INMETRO 237:2018

Vibrações e choques Em conformidade com as normas europeias EM 60068-2-6, EM 60068-2-29.

Marcação CE Diretiva 2004/108/CE (Compatibilidade eletromagnética), conforme RoHS

Valor Total da Proposta: R\$286.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS)

Condições Gerais:

Validade da Proposta: 90 dias

Forma de pagamento: 30 dias

Prazo de Entrega: 60 dias

Local de Entrega: Departamento Estadual de Trânsito de Roraima - DETRAN/RR, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 4214, Bairro Aeroporto.

Garantia: 12 meses

Manutenção e Assistência Técnica Responsável: Através da nossa matriz no estado de São Paulo.

Al. Pucuruí, 61 Tamboré - 06460-100 Barueri / SP - Fone/ Fax: (11)4689-4945

Dados dos responsáveis pela empresa para assinatura do Contrato de Fornecimento:

Paulo Fernandes da Costa Pinto, Diretor Presidente - RG: nº 27.910.096-6-SSP-SP e CPF: Nº 026.311.604-28

E-MAIL'S PARA ENVIO DE: CONTRATOS - NOTA DE EMPENHO - ATAS RP - NOTIFICAÇÕES

Departamento: licitacao.md.br@draeger.com

Analista: Matheus Nascimento

A licitante declara que:

Que os produtos ofertados nesta proposta são de procedência IMPORTADA.

DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 07.857.433/0001-07 - Insc. Estadual: 206234681111

ALAMEDA PUCURUI 61 - TAMBORÉ - 06460-100 - BARUERI - SP

Telefone: (11) 4689-4925

Que no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dos Senhores para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

Termo de Ciência para realização de pesquisa de satisfação

Ao firmar a presente relação comercial com a Dräger e em atendimento às normas de proteção de dados vigentes (em especial à Lei nº 13.709 de 2018), o Cliente declara estar ciente que alguns dados pessoais de seus colaboradores (nome completo, e-mail e telefone corporativos) podem ser repassados à empresa contratada pela Dräger para realização de pesquisa de satisfação. Nesta pesquisa, algumas perguntas serão feitas diretamente aos colaboradores por meio de contato telefônico e a ligação será sempre gravada. Vale ressaltar que este procedimento é realizado única e exclusivamente para que seja possível obter um feedback e melhorar os serviços da Dräger.

Razão Social:	DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Endereço:	ALAMEDA PUCURUI 61 - TAMBORÉ
CNPJ:	07.857.433/0001-07
Insc. Estadual:	206234681111
Inscrição Municipal:	5.47706-6
Telefone:	(11) 4689-4925
Dados Bancários:	Dados bancários: Banco do Brasil - Ag. 3348-0 - C/C 5153-5 - Endereço: Alameda Mamoré, 989 - Edifício Crystal Tower 17° - Tamboré - Barueri/SP.

Atenciosamente,

Rogério Belhot

Rogério Belhot (10 de Fevereiro de 2023 16:15 GMT-3)

Carla Reis

Carla Reis (10 de Fevereiro de 2023 17:37 GMT-3)

DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 07.857.433/0001-07 - Insc. Estadual: 206234681111

ALAMEDA PUCURUI 61 - TAMBORÉ - 06460-100 - BARUERI - SP

Telefone: (11) 4689-4925

Proposta_3448 - ajustada.

Relatório de auditoria final

2023-02-10

Criado em:	2023-02-10
Por:	matheus.nascimento@draeger.com
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAaK9GBa2-Nmmf80aG3B5cu40u4J0HINhX6

Histórico de "Proposta_3448 - ajustada."

-  Documento criado por matheus.nascimento@draeger.com
2023-02-10 - 19:12:56 GMT
-  Documento enviado por email para rogerio.belhot@draeger.com para assinatura
2023-02-10 - 19:13:32 GMT
-  Email visualizado por rogerio.belhot@draeger.com
2023-02-10 - 19:15:15 GMT
-  O signatário rogerio.belhot@draeger.com inseriu o nome Rogerio Belhot ao assinar
2023-02-10 - 19:15:39 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Rogerio Belhot (rogerio.belhot@draeger.com)
Data da assinatura: 2023-02-10 - 19:15:41 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para carla.reis@draeger.com para assinatura
2023-02-10 - 19:15:42 GMT
-  Email visualizado por carla.reis@draeger.com
2023-02-10 - 20:37:16 GMT
-  O signatário carla.reis@draeger.com inseriu o nome Carla Reis ao assinar
2023-02-10 - 20:37:52 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Carla Reis (carla.reis@draeger.com)
Data da assinatura: 2023-02-10 - 20:37:54 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.
2023-02-10 - 20:37:54 GMT